

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Lublin, dnia 17 marca 2020 r.

Nr postępowania: DUBELT/LTO/16/2020

Dotyczy: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

**„Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.5
– Termowizory”**

W związku z zapytaniem wniesionym w postępowaniu, Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, będąc Beneficjentem Koordynującym środków, działając jako pełnomocnik podmiotów wspólnie zamawiających zwane dalej „Zamawiającym”, w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D) **udziela odpowiedzi jak niżej:**

Pytanie:

Zamawiający nie wyraził zgody na dostawę urządzenia z obiektywem o ogniskowej większej niż 38mm argumentując, iż taki obiektyw będzie ograniczał pole widzenia. Czy wobec tego Zamawiający może określić, jakiego pola widzenia oczekuje od urządzenia będącego przedmiotem przetargu w części I? Być może jesteśmy w stanie zaproponować urządzenie o obiektywie większym niż 38mm ale o rozdzielczości takiej, która zapewni pole widzenia satysfakcjonujące Zamawiającego. Do tej pory ten parametr nie był sprecyzowany w specyfikacji.

Odpowiedź:

Przy opisie przedmiotu zamówienia przyjęto, że ogniskowa jest pochodną pola widzenia. Zamawiający nie ma obowiązku specyfikowania wszystkich parametrów sprzętu, a jedynie te, które są dla niego istotne z punktu widzenia użytkowania danego urządzenia, dotychczasowych doświadczeń oraz potrzeb.

Zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym:

Koordynator projektu
LIFE17 NAT/PL/000015
Katarzyna Curyło

